

Les puits dans lesquels une couleur jaune apparaît indiquent un résultat positif. Les puits dans lesquels aucune couleur significative n'apparaît indiquent des résultats négatifs. Les résultats de vos tests ne sont valides seulement si les puits dans lesquels vous avez déposé vos contrôles positifs sont positifs et si vos témoins négatifs et vos blancs sont bien négatifs. Les résultats peuvent être interprétés après plus de 60 minutes d'incubation aussi longtemps que les puits négatifs restent virtuellement clairs.

3. ASSISTANCE TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de nos réactifs, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails par téléphone (03 80 67 49 42) ou par email (info@sediag.com).

3. COMPOSITION DES TAMPONS

▪ **PBS 1X**

Dissoudre dans 1 l d'eau distillée :

NaCl	8 g
Na ₂ HPO ₄ -12H ₂ O	2.9 g
KH ₂ PO ₄	0.2 g
KCl	0.2 g
NaN ₃	0.2 g

Cette solution est à pH 7.4

▪ **PBST 1X = Tampon de Lavage 1X**

A 1 l de PBS, ajouter :

Tween20	0.5 ml
---------------	--------

Cette solution est à pH 7.4

▪ **Tampon Coating 1X**

Dissoudre dans 1 l d'eau distillée :

Na ₂ CO ₃	1.59 g
NaHCO ₃	2.93 g
NaN ₃	0.2 g
Pourpre de Bromocresol.....	5 mg

Cette solution est à pH 9.6

▪ **Tampon Conjugué 1X**

A 1 l de PBST, ajouter :

BSA.....	2 g
Rouge Congo.....	40 mg

Cette solution est à pH 7.4


▪ **Tampon Substrat (pNPP) 1X**

Dissoudre dans 1 l d'eau distillée :

Diethanolamine	97 ml
NaN ₃	0.2 g

Ajuster le pH à 9.8 avec HCl

Mise à jour : 25/08/2022

	Formulaire	Numéro :	F-05/I-KIT-08
	Protocole	Révision :	02

1. PRINCIPE DU TEST – 4CT-BCK

Dans un test PTA-ELISA (Plate Trapped Antigens-Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay), les antigènes sont directement fixés sur la plaque de microtitration. Après une période d'incubation, la plaque est lavée afin d'éliminer les antigènes non fixés. La présence des antigènes est ensuite détectée par un anticorps spécifique (Probe). Le complexe immun est révélé par l'addition d'un anticorps anti-Probe couplé à la phosphatase alcaline. Au final, l'addition du substrat de l'enzyme (pNPP) provoque l'apparition d'un produit jaune qui absorbe à 405 nm, révélant la présence éventuelle des antigènes.

Avant l'ouverture des tubes d'anticorps (Probe et conjugué), merci de les **centrifuger** afin de réunir tout le volume au fond des tubes.

2. PROTOCOLE

ETAPE DE FIXATION DES ANTIGENES



Préparation des tampons :

- Préparer le volume de tampon coating 1X nécessaire pour le test. Vous aurez besoin de 100 µL de tampon d'extraction par puits de votre plaque ELISA.
- La composition des tampons est fournie page 4.
- Ajouter 0.05 M de DIECA à la solution.
- Le tampon coating SEDIAG (ref: COAT-Buf) doit être dilué à sa concentration finale d'utilisation (1X) avec de l'eau osmosée ou distillée.



Préparation des échantillons :

- Broyer 1g d'échantillon dans 10 mL de **tampon coating + 0,05M de DIECA**. Dans certains cas, le ratio Echantillon/Tampon d'extraction peut être réduit dans le but d'obtenir un meilleur signal si le matériel végétal est faiblement infecté.
- Réhydrater les éventuels témoins lyophilisés selon les indications mentionnées sur l'étiquette (voir leur fiche technique).
- En suivant votre plan de plaque, déposer avec précaution **100 µl** de chacun de vos échantillons et de vos contrôles positif et négatif et 100 µL de tampon d'extraction dans vos puits contrôles "tampon d'extraction"/Blanc.
- **Incuber** la plaque 16 heures (toute la nuit) à +4°C (*)
 - **Lavage des plaques:**
- Vider les puits, dans un évier ou dans un container prévu pour ce type de déchet, en renversant la plaque ELISA. Remplir ensuite les puits à ras bord avec du tampon de lavage 1X (disponible chez SEDIAG à la concentration 20X, ref: WASH-Buf). Répéter **4** fois (voir recommandations pour plus de détails).

ETAPE DE SATURATION



Préparation des tampons :

- Préparer le volume de tampon de saturation 1X nécessaire pour le test. Vous aurez besoin de 100 µL de tampon par puits de votre plaque ELISA.
- Ajouter 5% de lait demi écrémé en poudre à du tampon de lavage.
- Déposer **100 µl** par puits.

- **Incuber** la plaque 30 min à +37°C (*)



Lavage des plaques :

- Laver **3** fois comme précédemment.

(*) Lors des incubations, les plaques doivent être couvertes par un film plastique adhésif ou un couvercle

ETAPE DE DEPOT DE L'ANTICORPS PROBE

code couleur : rouge

Y Préparation du substrat :**Y Préparation des tampons :**

- Préparer le volume de tampon conjugué 1X nécessaire pour le test. Vous aurez besoin de 100 µL de tampon conjugué par puits de votre plaque ELISA.
- La composition des tampons est fournie page 4.
- Le tampon conjugué **SEDIAG** (ref: CONJ-Buf) doit être dilué à sa concentration finale d'utilisation (1X) avec de l'eau osmosée ou distillée.

- Chaque tablette de substrat pNPP (ref: TAB-Acc) permet de préparer 5 mL de solution de pNPP (après reconstitution par du tampon substrat 1X porté à température ambiante), à une concentration de 1mg/mL, suffisante pour 45 puits environ. Homogénéiser.
- Si vous utilisez du substrat en poudre, le dissoudre avant utilisation à raison de 1 mg de pNPP/mL par du **tampon substrat 1X** porté à température ambiante. Homogénéiser.
- Déposer **100 µl** par puits.
- Incuber la plaque à +37°C (*)
- Lire les absorbances à l'aide d'un spectrophotomètre, à 405 nm, après 1 heure et 2 heures d'incubation. Voir les recommandations pour l'interprétation des résultats.

Y Préparation de l'anticorps Conjugué :

- Diluer l'anticorps Probe dans le **tampon conjugué 1X** à la dilution requise sur l'étiquette des réactifs et également mentionnée sur la fiche technique. Homogénéiser.
- Déposer **100 µl** par puits.
- Incuber la plaque 2 heures à +37°C (*)

Note : Ne pas toucher les tablettes de pNPP avec vos doigts sans gants. Ne pas exposer la solution de pNPP à une lumière trop forte. La lumière ou la contamination peuvent entraîner la présence de bruit de fond dans vos puits contenant les témoins négatifs.

Y Lavage des plaques:

- Laver **3** fois comme précédemment.

(*) Lors des incubations, les plaques doivent être couvertes par un film plastique adhésif ou un couvercle

ETAPE DE DEPOT DES ANTICORPS CONJUGUE

code couleur : Jaune

3. RECOMMANDATIONS**Y Préparation des tampons :**

- Préparer le volume de tampon conjugué 1X nécessaire pour le test. Vous aurez besoin de 100 µL de tampon conjugué par puits de votre plaque ELISA.
- La composition des tampons est fournie page 4.
- Le tampon conjugué **SEDIAG** (ref: CONJ-Buf) doit être dilué à sa concentration finale d'utilisation (1X) avec de l'eau osmosée ou distillée.

Stockage : Afin d'assurer au maximum leur validité, Il est important de stocker les réactifs et tampons aux températures recommandées. Ne pas conserver les tampons reconstitués à la concentration 1X.

Sécurité : Eviter le contact direct des réactifs et tampons avec les yeux ou la peau. Ne pas avaler. Il faut toujours bien vous laver les mains après l'utilisation des tampons et réactifs. N'hésitez pas à contacter SEDIAG si vous avez des questions à propos de l'utilisation de nos réactifs. Les fiches de sécurité de chacune de nos références sont disponibles sur demande.

Y Préparation de l'anticorps Conjugué :

- Diluer l'anticorps conjugué dans le **tampon conjugué 1X** à la dilution requise sur l'étiquette des réactifs et également mentionnée sur la fiche technique. Homogénéiser.
- Déposer **100 µl** par puits.
- Incuber la plaque 2 heures à +37°C (*)

Préparation des anticorps Probe et Conjugué

Il est conseillé d'utiliser les plaques de microtitration MaxiSorp Nunc® et de suivre un plan de plaque établi au préalable. Le volume de solution à préparer dépend du nombre de tests à réaliser. Déposer les solutions d'anticorps immédiatement dans la plaque ELISA après leur préparation.

Exemple : Si la dilution des réactifs (anticorps ou streptavidine) mentionnée sur leur étiquette est de **1/100** et que vous avez besoin de préparer 10 mL de solution d'anticorps, vous devrez mélanger 10 ml de tampon avec 100 µl de réactif concentré.

Lavages

Laver les plaques avec du tampon de lavage 3 à 5 fois selon les instructions du mode opératoire. La plaque peut être vidée soit par aspiration de la solution soit par renversement en faisant un brusque mouvement de la main et en tapant fermement la plaque sur une couche de papier absorbant. Regarder ensuite le fond des puits, ils ne doivent plus contenir d'extrait de plante ni de bulles d'air. Si ceux-ci sont toujours présents, répéter le lavage et taper de nouveau fermement la plaque sur une couche de papier absorbant.

Y Lavage des plaques:

- Laver **3** fois comme précédemment.

Préparation des échantillons**Y Préparation des tampons :**

- Préparer le volume de tampon substrat 1X nécessaire pour le test. Vous aurez besoin de 100 µL de tampon substrat par puits de votre plaque ELISA.
- La composition des tampons est fournie page 4.
- Le tampon substrat **SEDIAG** (ref: SUBST-Buf) doit être dilué à sa concentration finale d'utilisation (1X) avec de l'eau osmosée ou distillée.

Lorsque cela est possible, utiliser du matériel végétal présentant des symptômes. Généralement, la feuille est le matériel le plus utilisé pour réaliser les tests ELISA. Cependant, les tiges, graines et autres tissus peuvent également être analysés. Pour écraser les échantillons, il est possible d'utiliser des sachets de broyage (ref: SAC-Acc) spécialement conçus, un mortier et un pilon ou tout autre appareil de broyage. Il est nécessaire de bien laver et rincer le mortier et le pilon entre chaque échantillon. Après broyage, le matériel peut être stocké à +4°C pendant 12 heures maximum. La sensibilité du test peut être altérée par une mauvaise conservation, il est donc préférable de déposer immédiatement les échantillons après broyage.

L'utilisation de contrôles positif et négatif est fortement recommandée afin de valider les résultats.

Evaluation des résultats

(*) Lors des incubations, les plaques doivent être couvertes par un film plastique adhésif ou un couvercle